

Số: /TM - TTYT

Liên Chiểu, ngày tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v mời chào giá máy điện tim phục vụ công tác khám sức khỏe người cao tuổi tại trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

Kính gửi: Quý công ty.

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm máy điện tim phục vụ khám sức khỏe người cao tuổi tại đơn vị, cụ thể như sau:

STT	Tên trang thiết bị	Yêu cầu thiết bị	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điện tim (3 cần)	I. THÔNG TIN CHUNG - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2022 trở về sau. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ $\leq 40^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm $\leq 80\%$ - Thiết bị sử dụng nguồn điện: 240V, 50/60Hz. - Đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH - Máy chính: 1 máy - Phụ kiện kèm theo: + Dây nguồn: 1 chiếc + Cáp điện tim: 1 chiếc + Điện cực loại bóp bóng: 6 chiếc + Điện cực kẹp chi: 4 chiếc + Giấy in: 1 xấp + Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc + Pin sạc: 1 chiếc + Dây tiếp đất chống nhiễu: 1 dây - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 1 bộ III. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: Sử dụng để đo điện tim	2	- Thiết bị phải bao gồm máy chính, thiết bị phụ trợ (nếu có), phụ kiện, phần mềm đi kèm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Yêu cầu thông số kỹ thuật trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả về yêu cầu kỹ thuật của thiết bị và không làm hạn chế công ty cung cấp, công ty có thể chào giá thiết bị có thông số tương đương hoặc tốt hơn.

Để có cơ sở xây dựng thông số kỹ thuật và giá dự toán mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu kính mời các Quý công ty quan tâm và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế như sau:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị; phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

2. Báo giá của trang thiết bị, ghi đầy đủ các thông tin: Tên trang thiết bị, thông số kỹ thuật, model, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất... *(Đính kèm biểu mẫu tại phụ lục 1 và phụ lục 2)*

3. Hồ sơ của trang thiết bị: Catalogue thể hiện tính năng kỹ thuật, tài liệu kê khai giá theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

4. Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có)

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị chào giá, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá và thời gian bảo hành, bảo trì, hậu mãi (nếu có).

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc chào giá.

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành thông báo chào giá.

- Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

- Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý: Báo giá và các tài liệu liên quan phải có đóng dấu xác nhận của các công ty/nhà thầu.

Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh

PHỤ LỤC 1

Mẫu báo giá của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)

Tên đơn vị chào giá:

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Mã số thuế:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Căn cứ theo nhu cầu của Quý khách hàng tại thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày... tháng 6 năm 2023, Công tyxin gửi đến Quý khách hàng báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:

S T T	Tên trang thiết bị	Thông số kỹ thuật ^(*)	Model	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Phân loại TTB	Giá kê khai	Mã kê khai	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1														
2														
3														
4														

Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, lệ phí (nếu có)

Báo giá có hiệu lực: tháng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*): Thực hiện theo nội dung chi tiết tại phụ lục 2

PHỤ LỤC 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu)

Yêu cầu thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế gồm 4 phần sau:

1. Nội dung chung:

- Năm sản xuất
- Mới 100%
- Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 9001...)
- Môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm)
- Nguồn điện sử dụng.

2. Cấu hình:

Ghi rõ hệ thống/ máy..... (tên trang thiết bị y tế) kèm phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của thiết bị y tế, số lượng, đơn vị tính.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật: Nêu các yêu cầu tối thiểu sau:

- a) Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của trang thiết bị y tế;
- b) Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ tự đã nêu tại mục yêu cầu cấu hình của thiết bị y tế);
- c) Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có):
 - Về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế.
 - Về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), các chức năng điều khiển (bằng phần mềm...)
 - Về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có)...
 - Về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn.
 - Về kiểm định, hiệu chuẩn.
 - Về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển.
 - Về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với thiết bị khác.
 - Về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị.

4. Yêu cầu khác: Nêu các nội dung về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại.