

Số: /TM- TTYT
V/v yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư y tế

Liên Chiểu, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm năm 2025 tại TTYT quận Liên Chiểu trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tại đơn vị.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TTYT quận Liên Chiểu
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Lê Thị Kiều Trang. Số điện thoại liên hệ : 0349771540.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Tầng 1, phòng tiếp dân. Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên đơn vị sẽ không tiếp nhận.

Trường hợp báo giá chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh bưu cục vận chuyển đã tiếp nhận trước thời hạn tại khoản 4 điều I; bản giấy phải được gửi về Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết danh mục yêu cầu báo giá tại *Phụ lục 02 đính kèm*.
2. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung là “**CHÀO GIÁ THEO THƯ MỜI SỐ /TM-TTYT**” để tiện theo dõi.

Hồ sơ gồm:

- Bảng chào giá (Theo mẫu *Phụ lục 01 đính kèm*).
- Giấy phép kinh doanh của đơn vị, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với TTB y tế)
- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá.
- Lưu ý: Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: muasamcong.mpi.gov.vn
- Website: tтыtlienchieu.org.vn
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Viết Tiến

Phụ lục 1
Mẫu Báo giá hóa chất, vật tư y tế của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
(Đính kèm thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 2025)

Tên công ty:.....

Địa chỉ/ Văn phòng đại diện/ Trụ sở chính:.....

Số điện thoại:.....

Mã số thuế:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: **TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU**

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Trên cơ sở thư mời yêu cầu báo giá số /TM- TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu,
Công ty báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật hàng hóa tham dự	Mã HS	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá có VAT	Thành tiền có VAT (đồng)	Lưu ý
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm...*[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I-Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Đối với hàng hóa phân loại trang thiết bị y tế khi tham gia dự thầu sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định về trang thiết bị y tế.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

- Ghi chú:

- + Đề nghị ghi đầy đủ thông tin trên mẫu.

- + Đối với các mặt hàng là trang thiết bị B,C,D nhà thầu gửi kèm giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế còn hiệu lực.

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM
(Đính kèm thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 2025)

STT	Tên mặt hàng	Phân Loại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol	Trang thiết bị y tế	Hoá chất cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000.	Test	5.670
2	Test ma túy 5 trong 1	Trang thiết bị y tế	Định tính các loại ma túy trong nước tiểu với ngưỡng cut-off: - Amphetamin: ≤500ng/ml - Marijuana: ≤50ng/ml - Chất chuyển hóa của Heroin: 6-Monoacetylmorphin: ≤10ng/ml. - Morphin: ≤300ng/ml - Codein: ≤300ng/ml Độ chính xác ≥99%.	Test	2.500
3	Hoá chất điện giải	Trang thiết bị y tế	*Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl-) trong huyết thanh người, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. Tương thích với Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Plus Na/K/Cl. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl-; Buffer; Preservative; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl-; Buffer; Preservative; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container	hộp	7
4	Test nhanh HCV Ab	Trang thiết bị y tế	Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy >=98%. Độ đặc hiệu >=97% so với ELISA/CLIA/ECLIA. Độ lặp lại và độ tái lặp đạt 100%. Nhiệt độ bảo quản 2-40°C hoặc rộng hơn khoảng này.	Test	200
5	Test nhanh HEV Ab	Trang thiết bị y tế	Test nhanh phát hiện kháng thể IgM của virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy >=98%. Độ đặc hiệu >=99%.	Test	50
6	Tăm bông bệnh phẩm vô trùng	Trang thiết bị y tế	Tăm bông vô trùng, một đầu gòn, đựng trong ống nhựa.	Que	1.000

STT	Tên mặt hàng	Phân Loại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Ống nghiệm heparin	Trang thiết bị y tế	Ống nghiệm nhựa 12x75mm±2mm chứa Heparin Lithium để chống đông cho 2ml máu toàn phần. Thân ống có chia vạch thể tích theo mL.	ống/cái	19.000
8	Ống nghiệm nhựa có nút trắng không chống đông	Trang thiết bị y tế	Ống nghiệm nhựa trong suốt 5ml, có nắp, không chứa chất chống đông.	Cái	8.000
9	Test nước tiểu	Trang thiết bị y tế	que nước tiểu 11 thông số phù hợp với máy xn nước tiểu UroMeter 720	test	1.000
10	Đầu col vàng	Trang thiết bị y tế	Đầu col có khóa, dải thể tích 5-200 µl hoặc rộng hơn	Cái	12.000
11	Dung dịch HCL 0,1 N	Hàng hóa thông thường	Dung dịch HCL 0,1 N	ml	1.000
12	Dầu soi kính	Hàng hóa thông thường	Dầu soi kính hiển vi	ml	500
13	Bơm tiêm 10ml	Trang thiết bị y tế	Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml.	Cái	11000
14	Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm điện	Trang thiết bị y tế	Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml.	Cái	500
15	Chỉ thép	Trang thiết bị y tế	Chỉ thép số 5, chiều dài tối thiểu 75cm, kim tam giác	Tép	12
16	Băng đeo tay bệnh nhân	Trang thiết bị y tế	Chất liệu nhựa dẻo, nhiều màu sắc (xanh da trời, hồng...), nhiều kích thước phù hợp vòng tay trẻ sơ sinh đến người lớn	Cái	800
17	Găng phẫu thuật vô trùng các cỡ	Trang thiết bị y tế	Găng tay cao su vô trùng các cỡ, 1 đôi/gói	Đôi	2000
18	Găng tay khám có bột	Trang thiết bị y tế	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên có bột. - Chiều dài trung bình từ 240 mm. - Độ dày tối thiểu 0,08 mm.	Đôi	20000
19	Gel siêu âm	Trang thiết bị y tế	Dùng trong siêu âm. Không gây kích ứng da, can tối thiểu 5 lít. Không ảnh hưởng đầu dò.	Lít	200

STT	Tên mặt hàng	Phân Loại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
20	Giấy in monitor sản khoa 151mm x 150mm	Hàng hóa thông thường	Giấy in nhiệt cam kết tương thích với máy theo dõi sản khoa MT-610, Kích thước : 151mm x 150mm (tổng độ dài xấp giấy tối thiểu 30m)	Xấp	40
21	Giấy in kết quả siêu âm UPP-110S	Hàng hóa thông thường	Giấy in siêu âm đen trắng dạng cuộn, kích thước 110mmx20m, cam kết dùng tương thích với tất cả các máy in nhiệt SONY	Cuộn	400
22	Kim chọc dò và gây tê tùy sống	Trang thiết bị y tế	Kim chọc dò và gây tê tùy sống các số G18/G20/ G22/G23/ G25/ G26/G27/G29	Cái	60
23	Kim tiêm vô trùng	Trang thiết bị y tế	Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần, kim các cỡ(18G...)	Cái	10000
24	Mặt nạ thở khí dung	Trang thiết bị y tế	Bộ mặt nạ thở khí dung các cỡ bao gồm mask, dây nối máy xông khí dung, bầu đựng thuốc. Tiệt trùng, 1 bộ/gói	Cái	500
25	Băng dính	Trang thiết bị y tế	Chất liệu vải không đàn dẹt, thành phần chính là bột giấy polyester, phủ keo Acrylic, băng thông thoáng, ít dị ứng, không chứa cao su, kích thước tối thiểu 25mm x 6m, dính tốt trên da kể cả vùng da có lông và da nhờn, dễ cắt, xé bằng tay	Cuộn	800
26	Băng keo cuộn	Trang thiết bị y tế	Kích thước: 25mm x6m (hoặc dài hơn 6m), chất liệu vải không dẹt, bột giấy polyesster, dễ xé bằng tay. Băng dính tốt trên da, phủ keo acrylic ít dị ứng. Độ bám dính ≥ 3 N/12mm,	Cuộn	100
27	Sonde foley 2 nhánh các số	Trang thiết bị y tế	Sonde foley 2 nhánh các số từ 8 Fr đến 16 Fr, tiệt trùng 1 cái/gói, bằng nhựa hoặc cao su	Cái	100
28	Túi nước tiểu	Trang thiết bị y tế	Dung tích : 2000ml	Cái	30
29	Túi đo lượng máu sau sinh	Trang thiết bị y tế	Chất liệu nylon, có vạch chia thể tích, Kích thước tối thiểu 70x105cm hoặc thể tích tối thiểu 2000 ml	Cái	75
30	Glucose tinh khiết	Hàng hóa thông thường	Glucose tinh khiết	Gram	10000
31	Chỉ phẫu thuật tan tự nhiên 6-0	Trang thiết bị y tế	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 6/0 dài tối thiểu 45cm, kim tròn đầu tròn dài 13 mm 1/2 vòng tròn, tiệt trùng.	Sợi/Tép	12

STT	Tên mặt hàng	Phân Loại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
32	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp số 5/0	Trang thiết bị y tế	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 5, dài tối thiểu 75cm, kim tròn dài 16 mm đầu tròn phủ silicone 3/8 vòng tròn, tiết trùng.	Sợi/Tép	424
33	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp 6/0	Trang thiết bị y tế	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 6, dài tối thiểu 45cm, kim tròn dài 12 mm đầu tròn phủ silicone 3/8 vòng tròn, tiết trùng.	Sợi/Tép	24
34	Sond Penrose	Trang thiết bị y tế	Dẫn lưu mềm bằng cao su	Cái	15
35	Bút đánh dấu vị trí phẫu thuật	Hàng hóa thông thường	Bút đánh dấu vị trí phẫu thuật	Cái	3
36	Rọ treo ngón tay	Hàng hóa thông thường	Chất liệu : Mây Chiều dài của rọ : 13cm mỗi bộ : 05 cái kích thước lớn nhỏ tùy vào từng rọ của các ngón	Bộ	4
37	Dây điện châm	Phụ kiện	1 zắc cắm dẹt và 02 đầu kẹp	Cái	100